

Prüfprotokoll
Testing certificate
Certificado de control
Rapporto di prova
Certificat de contrôle
测试证书



FH Universal 3D-Taster
FH Universal 3D-Sensor
FH Palpador Universal 3D
FH Tastatore 3D universale
FH Palpeur Universel 3D
FH3D寻边器

Haimer GmbH
Weiherstr. 21
86568 Igenhausen, Germany
Phone +49-82 57-99 88-0
Fax +49-82 57-18 50
service@haimer.de
www.haimer.com

Prüfnummer
Test number
Número de control
Numero di controllo
Numéro de contrôle
测试编号

97996

Schaftnummer
Serial number
Número de serie
Numero di serie
Numéro de série
序列号

L3451

≤ 0,002 mm

≤ 0,005 mm

Messabweichung in 0-Stellung
Measuring deviation in 0-position
Medida de desviación en la posición 0
Deviazione di misurazione in posizione 0
Dérivation de mesure en position 0
原点偏差值

Wiederholgenauigkeit
Repeated precision
Precisión en la repetición
Precisione di ripetibilità
Précision de répétition
重复精度

Igenhausen

Prüfer/Tester/Controlador/Controllore/
Contrôleur/测试员

01.02.2018

Schönwald Michael